

شماره ۵/۶۰/۱۸۲۲۴
 تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۶
 پیوست

فرم استعلام کالا یا خدمات
 از: مرکز آموزشی و درمانی امام رضا (ع) تبریز
 سلام علیکم

احتراما! این مرکز در نظر دارد خرید دستگاه شنوایی سنجی مشخصات ذیل را از طریق استعلام بها/مناقضه خریداری نماید. لذا مقتضی است ضمن اعلام قیمت، جدول زیر را تکمیل و تا تاریخ ۹۳/۱۱/۱۲ در پاکت سر بسته تحویل دبیرخانه محرمانه (حراست) داده و رسید مربوطه را اخذ نمایید. بدیهی است پاکتهای واصله در موعد مقرر با حضور مسئولین مربوطه گشایش و از برنده جهت اقدام بعدی دعوت بعمل خواهد آمد.

عنوان کالا/خدمات	تعداد	واحد	قیمت به ریال	قیمت کل	ملاحظات
دستگاه شنوایی سنجی	۱	دستگاه			
۱- دستگاه Impedance MI34 H میکرو، انجام تمپانومتري و رفلکس به صورت اتوماتیک با قابلیت اتصال به کامپیوتر و دارای پرینتر داخلی، انجام ETF برای TM نرمال و پرفوره، امکان انجام تمپانومتري با فرکانس ۱۰۰۰ هرتز ۲- دستگاه Audiometer MA41 میکرو دو کاناله با قابلیت انجام آزمون های AC.BC. Speech با محرک های پالسی واربل و نویز امکان اتصال مستقیم به پرینتر از طریق USB امکان ذخیره سازی ۱۰۰۰ آزمون در حافظه داخلی دستگاه ۳- دارای مجوز اداره کل تجهیزات پزشکی باشد.					

***در ضمن تحویل دستگاه در محل (بیمارستان امام رضا ع) می باشد.



رئیس اداره حسابداری

مسئول تدارکات

کارشناس فنی مربوطه

