

فرم استعلام خرید کالا و یا خدمات

از: مرکز آموزشی و درمانی امام رضا (ع)

سلام علیکم

احتراماً این مرکز در نظر دارد، خرید یک دستگاه اتوآنالایزر بیوشیمی تمام اتوماتیک با مشخصات ذیل را از طریق استعلام بها، خریداری نماید. لذا خواهشمند است پیشنهاد قیمت (پیش فاکتور) خود را مطابق با اطلاعات ذکر شده در ذیل در سربرگ رسمی شرکت تکمیل و پس از مهر و امضاء تا تاریخ ۱۳۹۴/ / در پاکت سربسته تحویل دبیرخانه محرمانه (حراست) داده و رسید مربوطه را اخذ نمایید. بدیهی است پاکتهای واصله در موعد مقرر با حضور مسئولین مربوطه گشایش و از برنده جهت اقدام آتی دعوت به عمل خواهد آمد، همچنین لازم بذکر است که با توجه به رعایت سقف معاملات متوسط در سازمانهای دولتی، ارائه نازلترین قیمت امتیاز در انتخاب دستگاه موثر خواهد بود.

الف- اطلاعات مورد نیاز در خصوص دستگاه

- ۱- دستگاه به صورت تمام اتوماتیک باشد.
- ۲- قابلیت انجام تستهای بیوشیمی (کالریمتریک و توریدومتریکی)، سرولوژی، دارویی و مواد مخدر باشد.
- ۳- قابلیت پذیرش نمونه اورژانسی باشد.
- ۴- سیستم دارای کیتهای انحصاری نبوده و امکان استفاده از کیتهای تولید داخل برای دستگاه وجود داشته باشد.
- ۵- دارای برنامه کنترل کیفی بر اساس قوانین Westgards و امکان رسم چارت و امکان پرینت نتایج کنترل کیفی باشد.
- ۶- پروب نمونه و معرف دستگاه به صورت جداگانه باشد.
- ۷- دارای سنسور ضربه، تشخیص فیبرین و سطح محلولها باشد.
- ۸- دارای سیستم یخچالی برای نگهداری کلیه محلولها باشد.
- ۹- دارای سرعت انجام آزمایش حداقل تا ۴۰۰ تست در ساعت بدون ISE و حداقل ۸۰۰ تست در ساعت با ISE باشد.
- ۱۰- دارای حداقل ۱۱۰ جایگاه نمونه و تعداد جایگاه مناسب برای سایر محلولها مطابق با رنج آزمایشهای در نظر گرفته شده باشد.
- ۱۱- دارای قابلیت پذیرش نمونه از نوع سرم، پلاسما، ادرار، خون همولیز شده، CSF و ... باشد.
- ۱۲- حجم نمونه مورد استفاده توسط دستگاه حداکثر ۳۵ میکرولیتر باشد.

شماره ۱۸۲۰
تاریخ ۱۳۹۴/۳/۲۳
پیوست

- ۱۳- حجم معرف مورد استفاده ۲۰ تا ۳۵۰ میکرولیتر باشد. (کمترین میزان استفاده از معرف دارای امتیاز بیشتری در انتخاب می باشد).
- ۱۴- حجم محلول لازم جهت واکنش و خوانش ۱۵۰ تا ۴۵۰ میکرولیتر باشد.
- ۱۵- دارای سیم نوری Grating باشد.
- ۱۶- دارای حداقل ۱۲ طول موج در رنج ۳۴۰ تا ۸۰۰ نانومتر باشد.
- ۱۷- دارای سیستم کامپیوتری شامل مانیتور LED حداقل ۲۰ اینچ، کیبورد، ماوس، پرینتر، کامپیوتر با نرم افزار مربوطه و ... باشد.

- ب- دارای دوسال گارانتی تعویض برای تمامی قطعات و ۱۰ سال خدمات پس از فروش باشد.
- ج- دارای مجوز نمایندگی از اداره کل تجهیزات پزشکی باشد.
- د- دارای مجوز CE و یا ترجیحاً FDA باشد.
- ه- محل تحویل دستگاه مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) بوده و هیچ گونه هزینه نصب، آموزش، باربری و ... از طریق این مرکز پرداخت نخواهد گردید.

مدیر مرکز

رئیس اداره حسابداری

مسئول تدارکات

کارشناس فنی

تجهیزات پزشکی
تبریز

کارشناس فنی

آزمایشگاه

رئیس آزمایشگاه

مرکز آموزشی و تحقیقاتی امام رضا (ع) تبریز

دکتر علی اکبر موقی پور اکبری

متخصص هماتولوژی و طب انتقال خون

استاذ ارشد و دانشیار دانشکده علوم پزشکی تبریز ن. پ. آ. ۲۲۲۱