

فرم استعلام خرید کالا و یا خدمات

از : مرکز آموزشی و درمانی امام رضا (ع)

سلام علیکم

احتراماً این مرکز در نظر دارد، خرید یک دستگاه فایبر اپتیک چشمی با مشخصات ذیل را از طریق استعلام بها، خریداری نماید. لذا خواهشمند است پیشنهاد قیمت خود را مطابق با اطلاعات ذکر شده در ذیل در سربرگ رسمی شرکت تکمیل و پس از مهر و امضاء تا تاریخ ۹۳/۱۲/۱ در پاکت سربسته تحویل دبیرخانه محرمانه (حراست) داده و رسید مربوطه را اخذ نمایید. بدیهی است پاکتهای واصله در موعد مقرر با حضور مسئولین مربوطه گشایش و از برنده جهت اقدام آتی دعوت به عمل خواهد آمد.

الف- اطلاعات دستگاههای مورد نیاز

دستگاه های مذکور جهت استفاده در اتاق عمل توسط متخصصین بیهوشی جهت استفاده در لوله گذاری دابل لومن میباشد.

- ۱- دارای قطر خارجی لوله با سایز ۵-۵/۴ میلیمتر باشد.
- ۲- دارای کانال کاری با قطر ۲/۵-۲/۱ میلیمتر با امکان ساکشن باشد.
- ۳- دارای لوله فایبر اپتیک با طول قابل استفاده ۶۰-۷۰ سانتی متر
- ۴- دارای زاویه دید حداقل ۱۱۰ درجه
- ۵- دارای زاویه انحراف نوک فیبر حداقل ۱۴۰± درجه
- ۶- دارای قابلیت اتصال به دوربین
- ۷- دارای منبع نور سرد (ترجیحاً از نوع LED)
- ۸- دارای لوله فایبر اپتیک با قابلیت شستشو با مواد ضد عفونی کننده و قابلیت ضد عفونی با EtO و پلاسما باشد.
- ۹- دارای ابزار ضروری دستگاه مانند Leakage tester, cleaning brush و ... به همراه دستگاه

ب- دارای دوسال گارانتی تعمیر و تعویض برای تمامی قطعات و ۱۰ سال خدمات پس از فروش باشد.

ج- دارای مجوز نمایندگی از اداره کل تجهیزات پزشکی باشد.

د- دارای تاییدیه CE و یا FDA باشد.

ه- محل تحویل دستگاه مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) بوده و هزینه نصب و آموزش بر عهده فروشنده می باشد.

مدیر مرکز
دکتر سیامک کاشانی مهر
مدیر مرکز

رئیس اداره حسابداری

مسئول تدارکات

مرکز آموزشی و درمانی و تحقیقاتی امام رضا (ع) تبریز
دکتر سیامک کاشانی مهر
مدیر مرکز