

شماره ۱۹۵۱۴
تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵
پیوست

فرم استعلام خرید کالا و یا خدمات

از: مرکز آموزشی و درمانی امام رضا (ع)

سلام علیکم

احتراماً این مرکز در نظر دارد، خرید یک دستگاه ویدئو لارنگوسکوپ با مشخصات ذیل را از طریق استعلام بها، خریداری نماید. لذا خواهشمند است پیشنهاد قیمت خود را مطابق با اطلاعات ذکر شده در ذیل در سربرگ رسمی شرکت تکمیل و پس از مهر و امضاء تا تاریخ ۹۳/۱۲/۱ در پاکت سر بسته تحویل دبیرخانه مجرمانه (حراست) داده و رسید مربوطه را اخذ نمایید. بدیهی است پاکتهای واصله در موعد مقرر با حضور مسئولین مربوطه گشایش و از برنده جهت اقدام آتی دعوت به عمل خواهد آمد.

الف- اطلاعات دستگاههای مورد نیاز

دستگاه های مذکور جهت استفاده در اتاق عمل توسط متخصصین بیهوشی می باشد.

- ۱- دارای صفحه نمایش ۷-۹ اینچ باشد.
- ۲- صفحه نمایش دستگاه دارای حداقل رزولوشن ۸۰۰×۴۸۰ پیکسل باشد.
- ۳- دارای صفحه نمایش مقاوم در برابر نفوذ مایعات باشد. (مطابق با استانداردهای معتبر پزشکی ترجیحاً معادل استاندارد IP54)
- ۴- امکان ذخیره اطلاعات تصویر و فیلم بر روی کارت حافظه باشد.
- ۵- امکان خروجی ویدئو جهت اتصال به مانیتور خارجی باشد.
- ۶- دارای باتری داخلی برای کار به مدت ۲ ساعت باشد.
- ۷- دارای حداقل یک تیغه ویدئویی با سایز ۴ و منحنی شکل باشد.
- ۸- دارای زاویه دید حداقل ۸۰ درجه باشد.
- ۹- دارای دوربین با کیفیت حداقل HD باشد.
- ۱۰- تیغه با قابلیت استریل با حرارت پایین (۶۰ درجه سانتیگراد) و شستشوی دستی و ماشینی و استریل با دستگاه پلاسما و گاز EtO باشد.

ب- دارای دو سال گارانتی تعمیر و تعویض برای تمامی قطعات و ۱۰ سال خدمات پس از فروش باشد.

ج- دارای مجوز نمایندگی از اداره کل تجهیزات پزشکی باشد.

د- دارای تاییدیه CE و یا FDA باشد.

ه- محل تحویل دستگاه مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) بوده و هزینه نصب و آموزش بر عهده فروشنده می باشد.



رئیس اداره حسابداری

مسئول تدارکات

